

1. Model de instrument: Apometru ULTRIMIS (UL)

2. **Producător: Apator Powogaz S.**

Adresa: Jaryszki 1c, 62-023 Zerniki

Țara: Polonia

Telefon: 48 (61)8 418 101

e-mail: sekretariat.powogaz@apator.com

3. Prezența declarației de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

4. Apometru cu ultrasunete

clasa de temperatură T30, T50 și T70 (DN 15, DN 20)

clasa de precizie: 2

DN15/20 cu debit permanent : 2,5 m<sup>3</sup>/h; ;R=800,R=400,R=250

DN20 cu debit permanent : 4 m<sup>3</sup>/h; ;R=800,R=400,R=250

DN25 cu debit permanent : 6,3 m<sup>3</sup>/h; ;R=800,R=400,R=250

DN 25/32 cu debit permanent : 10 m<sup>3</sup>/h; ;R=800,R=400,R=250

DN40 cu debit permanent : 10 m<sup>3</sup>/h; ;R=400,R=250

DN40 cu debit permanent : 16 m<sup>3</sup>/h; ; R=800,R=400,R=250

DN50 cu debit permanent : 25 m<sup>3</sup>/h; ; R=500,R=400,R=250.

Conform certificatului numărul TCM 142/16-5405 Adițional 11 emis la 25-01-2023, valabil până la 06-11-2026.

Conform certificatelor: numărul 0220-CC-V0027-22, numărul 0220-CC- V0033-22, numărul 0220-CC-V0034-22 eliberat la 29-11-2022, valabil până la 29-11-2032.

Că cerințele esențiale ale articolului 3.1a, 3.1b și ale articolului 3.2 din Directiva 2014/53/UE privind echipamentele radio (Hotărârea Guvernului nr: 426/2016 Coll.), au fost îndeplinite și a fost aprobat de către organismul notificat nr: 1383 - Institutul ceh de metrologie.

5. Obiectul declarației descrise mai sus este în conformitate cu legislația de armonizare relevantă a Uniunii.

Cerințe esențiale: Regulamentul ministrului dezvoltării din 2 iunie 2016 privind cerințele pentru mijloacele de măsurare care introduce în legislația poloneză Directiva 2014/32/UE.

6. Trimiterile la standardele armonizate sau la documentele normative relevante utilizate sau trimiterile la alte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:

ISO 4064-1:2017, Standarde: ISO 4064-1:2017

Alte standarde: OIML R 49-1:2013

Alte certificate: Certificatul OIML nr. R 49/2013-A-CZ1-2021.05 7.

Sistemul de calitate pentru producția, inspecția produsului final și testarea apometrelor (anexa II modulul D) a fost aprobat de organismul notificat 1781 SMU în conformitate cu Directiva 2014/32/UE.

(Numărul documentului SK 20-QD-SMU003 \* valabil până la 27-10-2023).

unde \*) revizie valabilă la data emiterii prezentei declarații de conformitate UE

8. Informații suplimentare:

**Apator Powogaz S.A**

Katarzyna Janowicz

//semnătură ilizibilă//

//ștampilă ilizibilă//

Kamil Burda

//semnătură ilizibilă//

//ștampilă ilizibilă//

**Apator Powogaz S.A**

Jaryszki 1c, 62-023 Zerniki

tel.: 48 (61)841 81 01

NIP 781-00-20-601

REGON P-63050509799

[www.apator.com](http://www.apator.com)

\*\*\*

Subsemnata IRINA RAHMANOV interpret și traducător autorizat pentru limba/limbile străine: ENGLEZĂ, RUSĂ, în temeiul autorizației nr. 23073 din data de 09.09.2008 eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT,

ACADEMIA DE TRADUCERI  
340 traducători/Toate limbile/Apostile  
+40742189705, +40748069069  
București, bd. N.Bălcescu 18, Universitate  
contact@academiadetraduceri.ro  
www.academiadetraduceri.ro

